



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".**

EN LA CIUDAD DE XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **CATORCE HORAS** DEL DÍA **30 DE JULIO DE 2024**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PUNTO **7** DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCES**, DIRECTORA Y **LIC ANAÍS ANDRADE HERMIDA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS, REPRESENTANTES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA; **LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **M.A.P. GUADALUPE COLORADO OSORIO**, COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN. ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL **MSI. KARLO POMMIER GRANILLO**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADO MEDIANTE OFICIO No. **OIC/SS-SESVER/FI/1847/2024**; A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE **JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024**, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. -----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES. -----
- 3.- MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. --

**HECHOS**

**1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN.** -----

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".





**POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
M.F. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCES	DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
LIC ANAÍS ANDRADE HERMIDA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS
LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
M.A.P. GUADALUPE COLORADO OSORIO	COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	CARGO
MSI. KARLO POMMIER GRANILLO	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.

**2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS** DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. -----

NOMBRE DEL LICITANTE	REPRESENTANTE
GENELIFE, S.A. DE C.V.	BERNARDO HERNÁNDEZ DEGOLLADO
BRENDA LIZETH RIVERA JAIMES	GILDARDO MARTÍNEZ RAMIREZ

QUIENES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO **7.2** DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. -----

**3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A HACER DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES LAS MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES, REALIZADAS POR LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 19.1 DE LAS BASES, QUE A LA LETRA DICE "...LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, PODRÁ MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTAS BASES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIENDO DAR AVISO DE LAS MODIFICACIONES A LOS LICITANTES, PARA AQUELLOS QUE NO ACUDAN A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DICHAS MODIFICACIONES PODRÁN SER CONSULTADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/> CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN DERIVADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE DE AQUELLAS..."** -----



**MODIFICACIONES A LAS BASES**

**MODIFICACIÓN 1:**

SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SESVER/LESP/AD/2595/2024**, DE FECHA **26 DE JULIO DE 2024**, SIGNADO POR LA M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS, DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, **MEDIANTE EL CUAL ENVÍA LA FICHA TÉCNICA MODIFICADA DEL RENGLÓN 2 DE LOS REACTIVOS.**

**DICE:**

HOJA: 1 de 2		RENGLÓN: 2			
Ficha Técnica					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE: LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					
ORIGEN DEL RECURSO: FASSA 2024					
NOMBRE GENÉRICO ENZIMA AG-PATH-ID ONE STEP RT-PCR KIT					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	25901	59	N/A	2	KIT CON 1000 REAC

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- 1- Reactivo de RT-PCR de un solo paso
- 2- Amplificación de patógenos de RNA
- 3- Emplea una estrategia rápida de PCR con transcripción inversa
- 4- Optimizado para trabajar con cebadores y sondas específicas del objetivo
- 5- ADN polimerasa AmpliTaq Gold
- 6- Kit para 100 reacciones, concentración 25x
- 7- Contiene 1375 µL 2 tapón para RT-PCR. 110 µL 25X mezcla
- 8- Funciona en todas las plataformas
- 9- certificado de análisis
- 10- Condiciones de envío en hielo seco



204- 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Socarrusco #31 Col. Aguacatal  
CP 91130, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 3000 Ext.0000



2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".





HOJA: 2 de 2

REGLÓN: 2

Ficha Técnica

<b>NÚMERO DE PROCESO</b>					
<b>ÁREA REQUINIENTE</b>	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA				
<b>ORIGEN DEL RECURSO</b>	FASSA 2024				
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>					
ENZIMA AG-PATH-ID ONE STEP RT-PCR KIT					
<b>PROCESO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>UNIDAD APLICATIVA</b>	<b>CLAVE</b>	<b>CANTIDAD SOLICITADA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
21111	25901	59	N/A	2	KIT CON 1000 REAC

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	Certificado de análisis o calidad, inserto. Lineamientos del InDRE (lineamientos para la vigilancia por laboratorio virus respiratorios para el diagnóstico de influenza, linajes de influenza B Victoria y Yamagata, rickettsiosis, dengue y otros arbovirus, leptospira, tosferina y enfermedad febril exantemática por RT-PCR Tiempo real.
8. Otras:	CARTA DE CANJE

Por el Área Requiriente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del Laboratorio Estatal  
de Salud Pública

LAE. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. De Gestión y  
Control de Recursos del  
Laboratorio Estatal de Salud  
Pública

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Socorroscu #31 Col. Aguacatal  
CP 91130, Xelapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 3000 Ext.0000



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPION Y ROTAVIRUS".



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN






DEBE DECIR:



HOJA: 1 de 2				REGLÓN: 2	
Ficha Técnica					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUIRIENTE			LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA		
ORIGEN DEL RECURSO			FASSA 2024		
NOMBRE GENÉRICO					
KIT ENZIMA AG-PATH-ID ONE STEP RT-PCR					
PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	25901	59	N/A	2	KIT CON 1000 REAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 1-Reactivo de RT-PCR de un solo paso
- 2-Amplificación de patógenos de RNA
- 3-Emplea una estrategia rápida de PCR con transcripción inversa
- 4-Optimizado para trabajar con cebadore y sondas específicas del objetivo
- 5- ADN polimerasa AmpliTaq Gold
- 6-Kit para 1000 reacciones, concentración 25x
- 7- Contiene 1375 µL 2 tapón para RT-PCR, 110 µL 25X mezcla
- 8-Funciona en todas las plataformas
- 9- certificado de análisis
- 10-Condiciones de envío en hielo seco



2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Socofusco #31 Col. Aguacatal  
CP 91130, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 3000 Ext.0000



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Cu





HOJA: 2 de 2	RENLÓN: 2
Ficha Técnica	
NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
NOMBRE GENÉRICO	
KIT ENZIMA AG-PATH-ID ONE STEP RT-PCR	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21111	25901	59	N/A	2	KIT CON 1000 REAC

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERA LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS.
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesto en marcha y mantenimiento preventivo:	N/A
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	CERTIFICADO DE ANÁLISIS O CALIDAD, INSERTO. LINEAMIENTOS DEL INDRE (LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO VIRUS RESPIRATORIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFLUENZA, LINAJES DE INFLUENZA B VICTORIA Y YAMAGATA, RICKETTSIOSIS, DENGUE Y OTROS ARBOVIRUS, LEPTOSPIRA, TOSFERINA Y ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMÁTICA POR RT-PCR TIEMPO REAL.
8. Otras:	CARTA DE CANJE

Por el Área Requerente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del Laboratorio Estatal  
de Salud Pública

LAE: Amelis Andrade Hermida  
Jefa del Depto. De Gestión y  
Control de Recursos del  
Laboratorio Estatal de Salud  
Pública

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Socomusco # 31 Col. Aguacatal  
CP 91130, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 3000 Ext.0000



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024


ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

*Qu*

*[Handwritten signatures and marks]*



**MODIFICACIÓN 2:**

SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO **SESVER/LESP/AD/2595/2024**, DE FECHA **26 DE JULIO DE 2024**, SIGNADO POR LA M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCES, DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, **MEDIANTE EL CUAL ANEXA LA LISTA DE CONSUMIBLES CON LA FINALIDAD DE QUE SEA INCLUIDA EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

**DICE:**

PUNTO 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA:

1.4.

**EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ANALÍTICO COMPLETO EN TODAS SUS ETAPAS DESDE EL PASO DE LA RECEPCIÓN DE LA MUESTRA, EL PROCESO MISMO Y LA EMISIÓN DE RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. ....**

**DEBE DECIR:**

PUNTO 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA:

1.4.

**EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ANALÍTICO COMPLETO EN TODAS SUS ETAPAS DESDE EL PASO DE LA RECEPCIÓN DE LA MUESTRA, EL PROCESO MISMO Y LA EMISIÓN DE RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, CONFORME A LO SIGUIENTE:**



## ANEXO TÉCNICO CONSUMIBLES

INSUMOS	PRESENTACION	CANTIDAD
Agua grado Biología Molecular	PIEZA	20 pzas
ALCOHOL ETILICO 70%	GARRAFA DE 20 LITROS	40
ETANOL GRADO BM	FRASCO 1 LT	10
PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 1-200µL	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	30
PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 1-300µL	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	30
PUNTILLAS PARA MICROPIPETA 100-1250µL	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	25
PUNTAS DE 200 µL	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	60
PUNTAS 0.5 A 200 UL C/96. C/10. SARTORIUS	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	25
PUNTA 100 A 1000 UL C/96. C/10. SARTORIUS	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	50
PUNTA 1 A 10 UL C/96. C/10. SARTORIUS	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	25
PUNTAS DE 1000 µL	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	60
PUNTAS Con Filtro DE 0.2 A 10 UL	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	30
PUNTAS DE Con Filtro DE 2-20 UL	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	30
PUNTAS Con Filtro DE 20 A 200	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	30
Puntas para micropipeta estériles, con filtro, libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, de ajuste universal, de 2 a 200 uL. (COSTAR)	CAJA O BOLSA C/1000	10
PUNTAS Con Filtro DE 100 A 1000 UL XL, libres de pirógenos, Rnasas y Dnasas, de ajuste universal(CORNING)	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	50

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".





Perlas de hidróxido de sodio	Frasco x 500g	4
Perlas de reacción (0.5mm)	Granel	3
PIPETAS SEROLOGICAS 10 ml. DESECHABLES	PIEZA	10
Mezcla crómica	Frasco x 1L	4
Insumos Requeridos para 1 kit de Amplificación ENZIMA AG-PATH. (1000 RX -PCR) CARGA REACTIVOS Y TEMPLADO	CAJA CON 10 RACKS CON 96 PUNTILLAS (960 PZAS)	5
PIPETAS GRADUADAS DE 1 mL	PAQUETE C/1000 PZAS	2
PIPETAS SEROLOGICA DESECHABLEGRADUADAS DE 2 mL	PAQUETE C/1000 PZAS	2
PIPETAS SEROLOGICA DESECHABLE GRADUADAS DE 5 mL	PAQUETE C/200 PZAS	5
PIPETAS SEROLOGICA DESECHABLEGRADUADAS DE 10 mL	PAQUETE C/200 PZAS	5
MICROPIPETA MONOCANAL DE 5 A 10 µL	PIEZA	8
MICROPIPETA MONOCANAL DE 10 A 100 µL	PIEZA	8
GASA DE 10X10 NO EST. S/HILO C/200	PAQ C/200	20
GUANTES DE NITRILO sin talco Talla CH	CAJA C/100 PZAS	15
GUANTES DE NITRILO sin talco Talla MED	CAJA C/100 PZAS	50
GUANTES DE NITRILO sin talco Talla GDE	CAJA C/100 PZAS	40
GUANTES LATEX CHICOS	CAJA C/100 PZAS	20
GUANTES LATEX MEDIANOS	CAJA C/100 PZAS	25
GUANTES LATEX GRANDES	CAJA C/100 PZAS	25
HIPOCLORITO DE SODIO	PIEZA	6 Pzas.
CUBRE PELO	BOLSA C/100 PZAS	5
BATA DESECHABLE IMPERMEABLE CON PUÑO	PAQUETE C/10 PZAS	10





Cubrebocas quirúrgico con triple pliegue	CAJA CON 50 PZAS	25
BOTA CUBRE CALZADO CON CINTAS SUJETADORAS	BOLSA CON 100 PZAS	4
BOLSAS DE R.P.B.I. 70X90	PIEZA	150 pzas
BOLSAS DE R.P.B.I. 35 X 45	PIEZA	150 pzas
PIZETA INTEGRAL DE 250 ML	PIEZA	10
PIZETA INTEGRAL DE 500 ML	PIEZA	10
TUBOS CONICOS DE 50ml	CAJA C/100	10
TUBOS PARA EXTRACCIÓN RNA 250 REACCIONES. (QIAamp Viral RNA mini kit (250))	CAJA C/100	5
MICROTUBOS DE 1.7 libras de pírógenos, Rnasas y Dnasas, CON ESCALA.	PAQ C/50	4
MICROTUBOS DE 0.5ml	PAQ C/50	5
MICROTUBOS DE 0.2ml	PAQ C/50	5
VIALES CRYOGENIC 1.8ml.	PAQ C/50	5
Crioviales 2.0 ml con tapa de rosca, libre de nucleasas y RNAasas	PAQ C/100	6
PLACAS DE VIDRIO PARA AGLUTINACIÓN MICROSCOPICA (VDRL) CON 12 ANILLOS DE 14 MM DIAMETRO DE 75 X 51 MM Y 2.3 MM DE ESPESOR	PIEZA	30 placas por el contrato
PLACAS PARA PCR 96 POZOS 0.2 mL MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.2 Ml Applied Biosystems	PIEZA	
MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 Ml Applied Biosystems	PIEZA	20 pzas
Multiplate™ 96-Well PCR Plates, low profile, unskirted, clear BIORAD	PIEZA	25 pzas
Tapas ópticas para placas de PCR	CAJAS 300 TIRAS/ 8 TAPAS	30

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPiÓN Y ROTAVIRUS".





Rnase Away (83931-250 ML)SIGMA	FRASCO DE 250 ML	3
RELOJ CRONOMETRO 4 CANALES	PIEZA	5
PAPEL TERMICO	PAQUETE C/10 ROLLOS 11 CM	5
PERILLA HULE PROPIPETA BULBO 3 VIAS PARA SUCCION	PIEZA	5
SANITAS TOALLA INTERDOBLADA	PAQUETE	2 PAQUETES
CINTA TESTIGO 18mm x 50 m	PIEZA	5
PAPEL PARAFILM "M" ROLLO 10X32 CM	ROLLO	10
A-Hav Igm Cal Box/1 Set	KIT	2
Eci A-Hbc Igm Cal (Non Us)	KIT	1
Eci A-Hcv Calibrator (Non Us)	KIT	2
Eci Hbsag Calibrator (Non Us)	KIT	2
Eci A-Hbs Calibrator (Nonus)	KIT	2
A-Hav Igm Control	KIT	1
Vitros Anti-Hbc Igm Controls	KIT	2
Eci A-Hbs Control (Non Us)	KIT	1
Eci A-Hcv Control (Non Us)	KIT	1
Eci Hbsag Cntrol (Non Us)	KIT	1
Signal Reagent Box/2Packs	KIT	2
Hi Sam Dil B (On) 100Wls	KIT	1
Vapor Adsorption Cartridge	KIT	SURTIR 1 CADA DOS MESES
Micro Sample Cups Box/4000	BOLSA C/1000 PZAS	SURTIR 1 CADA DOS MESES
Univ Wash Reservoir Filtr	KIT	SURTIR 1 CADA 3 MESES
Maintenance Pk Box/2 Packs	KIT	SURTIR 5 CADA DOS MESES
Vitros Versatip Box/1000	KIT	SURTIR 1 POR CADA 10 KITS DE CUALQUIER

*Cu*

*H*





Wash Reagent Box/2Bottles	KIT	SURTIR 1 CADA 2 MESES
Eci Cleaning Sol Bx/2-1L BtIs	KIT	SURTIR 2 POR AÑO
ACCURUN 141 RUBELLA IgM 1X1 ML. MCA SERACARE	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 121 ANTI HAV IgM POSITIVE CONTROL 6X3.5 ML. MCA SERACARE	KIT	3 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 21 MULTIMARKER POSITIVO 6 DE 3.5 ml X VIAL	KIT	3 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 113 HBc IgM 1X5 ML. MCA SERACARE	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 125 ANTI-HBS POSITIVE CONTROL 6x3.5 ml	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 24 MULTI-MARKER CONFIRMATORY CONTROL 3X1 ML. MCA SERACARE	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 40 POSITIVE CONTROL. SERIE 5000 3X1 ML. MCA SERACARE	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 810	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 155 serie 2000	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 155 serie 5000	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
Sífilis (T. pallidum) Plasma positivo con anticuerpos IgM	KIT	Entregar de acuerdo a como lo solicite el área operativa
ACCURUN 156	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN






ACCURUN 6 CONTROL POSITIVO DE MULTIPLES MARCADORES	KIT	1 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN 24	KIT	2 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
ACCURUN® 1 SERIE 4400	KIT	1 (Puede aumentar dependiendo de la caducidad disponible)
Vitr Hiv Cmbo Calib (Nonus)	KIT	2
Eci A-Hiv 1+2 Control	KIT	2
Virotrol Hiv-1 Ag(Hiv-1 Ag)	KIT	5
Signal Reagent Box/2Packs	KIT	5
Vapor Adsorption Cartridge	KIT	5
Micro Sample Cups Box/4000	BOLSA DE 4000 PZAS	2
Univ Wash Reservoir Filtr	PIEZA	5
Maintenance Pk Box/2 Packs	KIT	10
Vitros Versatip Box/1000	CAJA C/1000 PZAS	3
Wash Reagent Box/2Bottles	KIT	10
FILTRO PIRINOLA	PIEZA	30
ALCOHOL ISOPROPILICO GARRAFA DE 1 LITRO	FRASCO 1 LT	30
Eci Cleaning Sol Bx/2-1L Btls	FRASCO 2 LT	6
CONTENEDOR RPBI PUNZOCORTANTE ROJO 4 LITROS	PIEZA	30
CONTENEDOR RPBI PUNZOCORTANTE ROJO 13 LITROS	PIEZA	30

*C*

*Handwritten marks*

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".





SOLUCION SALINA FISIOLÓGICA	BOTELLA DE 500 ML	25
BOLSA DE RPBI ROJA 55X60 cm C/100	PIEZA	10
<b>PAPELERIA POR EL CONTRATO</b>		
PAPEL KRAF 80 cm. DE ALTOX 227 DE LARGO Y 17.5 kg.	ROLLO DE 90 CM X 200 METROS	10
PAPEL ALUMINIO 45 x 150	PIEZA	30
PAPEL ORIG.T/CARTA	CAJA DE 500 HOJAS	10
PAPEL ORIG.T/OFICIO	CAJA DE 500 HOJAS	30
PEGAMENTO RESISTOL LAPIZ ADHESIVO	PIEZA	6 pzas
ETIQUETA ADHERIBLE PARA IMPRESIÓN EN COMPUTADORA, TAMAÑO CARTA	PIEZA	10
CARTUCHO DE TONER CF283ACOMP-AI (CF283A)	PIEZA	10
CARTUCHO DE TONER CF283ACOMP-AI (CF285A)	PIEZA	10
Kit de Recarga de Tóner Laser HP 103A Negro	PIEZA	10
Kit de tinta para impresora Canon G4110	PIEZA	50
MARCADORES PERMANENTES	PIEZA	50
MARCADORES PERMANENTES punta delgada (sharpie)	PIEZA	50
LAPIZ DE CERA CAJA 10 PIEZAS	3 cajas	10
ETIQUETAS ADHESIVAS (ROSAO) No. 6 13X 38 MM (PAQUETE) ( RUBEOLA IgM, IgG)	PAQUETE C/100 PZAS	10
ETIQUETAS ADHESIVAS (VERDE) No. 6 13X38MM (PAQUETE) (SARAMPION IgM, IgG)	PAQUETE C/100 PZAS	10
ETIQUETAS ADHESIVAS (NARANJA) No. 6 13X38MM (PAQUETE) (DENGUE IgM, NS1)	PAQUETE C/100 PZAS	10
ETIQUETAS ADHESIVAS (BLANCA) No. 6 13X38 MM (PAQUETE) (HEPATITIS)	PAQUETE C/100 PZAS	10

*Q*

*Handwritten marks and signatures*





ETIQUETAS ADHESIVAS (AMARILLA) No. 6 13X38 MM (PAQUETE) (CHICK, ZIKA IgM)	PAQUETE C/100 PZAS	10
TONNER PARA IMPRESORA EPSON LX-300	PIEZA	15
TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020	PIEZA	15
CINTA EPSON LX-300 MCA EPON	PIEZA	15
CINTA TRANSPARENTE PIEZA	PIEZA	10
CINTA MASKINTAPE PIEZA	PIEZA	11
Bolsa de plástico de 7x22cm	PAQUETE DE 100 PZAS	10
Bolsa de plástico de 20x30cm	PAQUETE DE 100 PZAS	10
Bolsa de plástico transparente de 20x5cm	PAQUETE DE 100 PZAS	10
Bolsa de plástico transparente de 35x45cm	PAQUETE DE 100 PZAS	10
Bolsa para esterilizar de 50x25cm	PAQUETE DE 100 PZAS	10
Botes rígidos para RPBI	PIEZA DE 13L	30
Detergente líquido para ropa de color	GARRAFA DE 3.5L	10
Suavizante de ropa	GARRAFA DE 3.5L	10
Toner HP LaserJet 37A	PIEZA	10
Toner HP LaserJet 48A	PIEZA	10
Toner Lexmark para la impresora del MGIT 960	PIEZA	10
Tubo cónico estéril de 15ml	Caja x 500	5
Tubo cónico estéril de 50ml	Caja x 500	5
Tubo de ensayo Pyrex de 13x100mm con tapón de rosca	Caja x 100	10
Tubo Eppendorf de 200µL	Caja x 100	10
Rollo jumbo de uso pesado	Rollo	10


*Cu*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



*[Handwritten signatures and marks]*

**4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LOS LICITANTES, DE ACUERDO CON EL OFICIO NÚMERO SESVER/LESP/AD/2595/2024, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024, SIGNADO POR LA M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS, DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.** -----

**1.- GENELIFE, S.A. DE C.V.**

**Pregunta 1.-**

Solicitamos amablemente a la convocante ponga a disposición de los licitantes las bases en formato Word esto con el fin de presentar de manera correcta los anexos solicitados.  
en caso de ser aceptada nuestra petición, solicitamos que sea otorgada solo presentando el comprobante de pago de base.

**Respuesta:** Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes siempre y cuando dicha petición sea efectuada por escrito al correo electrónico adquisiciones@ssaver.gob.mx, anexando comprobante de pago de bases y especificando el correo electrónico al cual deberá ser enviado.

**Pregunta 2.-**

**8.1.6.** Los documentos que al efecto se presenten, deberán ser elaborados específicamente para la licitación pública nacional **NO. LPN-103T00000-024-2024**, relativa a la "adquisición de reactivos con equipo en comodato para el proceso analítico correspondiente a los programas estatales de control de vectores, VIH sida e ITS, tuberculosis, Chagas, rubeola, sarampión y rotavirus".

**Pregunta:** Solicitamos a la convocante si es correcto entender que la propuesta de mi representada debe ir referenciada de la siguiente manera:

"adquisición de reactivos con equipo en comodato para el proceso analítico correspondiente a los programas estatales de control de vectores, VIH sida e its, tuberculosis, Chagas, rubeola, sarampión y rotavirus".

**Respuesta:** Es correcta su apreciación; sin embargo, deberá añadir también el número de licitación **LPN-103T00000-024-2024**.

**Pregunta 3.-**

**PUNTO 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA:**

Entendiendo que, si el estuche para el procesamiento de cada prueba se constituye de diferentes reactivos, la fecha de caducidad de todos los reactivos deberá coincidir.

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

En caso de que el reactivo a entregar no cumpla con la caducidad solicitada, se aceptará el mismo con una caducidad no menor de 9 meses con sus componentes, siempre y cuando se entregue carta garantía de canje, por cada uno de los componentes del estuche de reactivos. El Laboratorio Estatal de Salud Pública deberá solicitar al proveedor adjudicado mediante correo electrónico para hacer válida la garantía de la carta canje.

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante que las caducidades de los reactivos en la totalidad de renglones acepten las caducidades del reactivo mínimo de 9 meses. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta. Apegarse a lo estipulado en las bases.

**Pregunta 4.-**

**8.2.22.** Toda la información técnica que indique las especificaciones y características técnicas detalladas de los reactivos y equipos en comodato que cotizan en función de lo establecido en el **anexo técnico y fichas técnicas**, utilizando el formato según el **anexo no. 16**; se deberá de adjuntar a este formato: catálogos, folletos, fichas técnicas de los equipos que proporcionará en calidad de comodato, en idioma español.

Así mismo deberá presentar debidamente referenciados, copia simple, legible y completo sin tachaduras, enmendaduras ni raspaduras (anverso y reverso) del **registro sanitario vigente** de acuerdo con el artículo 376 de la ley general de salud, o modificación a las condiciones de registro, o comprobante del trámite de solicitud de prórroga del registro sanitario, o bien oficio o acuerdo emitido por la Cofepris en el que se establezca que los equipos o insumos no requieren registro sanitario.

Pregunta: Es correcto entender que se incluirán en la propuesta técnica solamente las normas/certificaciones/registro sanitario vigente o DOF, que se solicitan en las fichas técnicas ¿se acepta?

Respuesta: Apegarse a lo estipulado en bases.

**Pregunta 5.-**

**8.2.22.** Toda la información técnica que indique las especificaciones y características técnicas detalladas de los reactivos y equipos en comodato que cotizan en función de lo establecido en el **anexo técnico y fichas técnicas**, utilizando el formato según el **anexo no. 16**; se deberá de adjuntar a este formato: catálogos, folletos, fichas técnicas de los equipos que proporcionará en calidad de comodato, en idioma español.

Igualmente deberá presentar **certificados de buenas prácticas de manufactura y el ISO 9000-2001 o certificados de calidad para equipos importados.**

Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar certificado ISO 9001:2015 para los equipos importados ¿se acepta?

**Respuesta:** Se acepta para reactivos y equipos, en apego al punto 8.2.22, sin ser limitante para los demás participantes.

**Pregunta 6.-**

**8.2.24.** Carta de respaldo del fabricante y/o filial en México, y/o distribuidor primario, y/o titular del registro sanitario, en hoja membretada donde acredite fehacientemente que el fabricante y/o distribuidor primario cuenta con la capacidad de producción y/o existencias de los renglones y que se obliga con el licitante a cumplir fiel y oportunamente en la oferta presentada en la licitación. la carta de respaldo deberá tener como máximo 10 días hábiles de haber sido expedida al momento del acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, ser específicamente para la presente licitación y estar identificadas con el número de renglón de los **anexos técnicos I y II** de la presente licitación, la cual deberá contener la información del **anexo no. 18**.

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita la carta del respaldo del distribuidor primario en México, por motivo que los tiempos son recortados en la presentación y apertura de la licitación. ¿se acepta?

**Respuesta:** Se acepta. Por tratarse de un proceso licitatorio con reducción de plazos, el licitante adjudicado deberá entregar copia de la Carta de respaldo del fabricante y/o filial en México, y/o distribuidor primario, y/o titular del registro sanitario y en caso de resultar adjudicado deberá entregar el documento en original con la firma autógrafa al momento de suscribir el contrato. Sin ser limitantes para los otros participantes.

**Pregunta 7.-**

**8.2.24.** Carta de respaldo del fabricante y/o filial en México, y/o distribuidor primario, y/o titular del registro sanitario, en hoja membretada donde acredite fehacientemente que el fabricante y/o distribuidor primario cuenta con la capacidad de producción y/o existencias de los renglones y que se obliga con el licitante a cumplir fiel y oportunamente en la oferta presentada en la licitación. la carta de respaldo deberá tener como máximo 10 días hábiles de haber sido expedida al momento del acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, ser específicamente para la presente licitación y estar identificadas con el número de renglón de los **anexos técnicos I y II** de la presente licitación, la cual deberá contener la información del **Anexo no. 18**.

Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos acepte la carta de apoyo emitida por el distribuidor primario en México de manera impresa sin firma en original ¿Se acepta?



**Respuesta:** Se acepta. Por tratarse de un proceso licitatorio con reducción de plazos, el licitante adjudicado deberá entregar copia de la Carta de respaldo del fabricante y/o filial en México, y/o distribuidor primario, y/o titular del registro sanitario y en caso de resultar adjudicado deberá entregar el documento en original con la firma autógrafa al momento de suscribir el contrato. Sin ser limitante para los demás participantes.

**Pregunta 8.-**

Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si el certificado de Buenas prácticas e ISO 9001-2001 y certificado de calidad para equipos importados solo lo requiere la Convocante para los equipos en comodato, o en su defecto si lo requiere para los reactivos nos permita entregar el ISO 13485 ya que las certificaciones solicitadas corresponden solo a equipos.

**Respuesta:** No se acepta, los reactivos deben cumplir con las normas ISO 9001:2015, ISO:15189, ISO:17025 e ISO:3501. Debido a los procesos auditables y supervisables por el órgano rector InDRE.

La ISO:13485 se debe cumplir por los fabricantes de dispositivos médicos y/o de laboratorio. Por tal motivo deberá apegarse a lo estipulado en las bases de licitación.

**Pregunta 9.-**

Partida 26 solicitan Hyclin Plus neutro

Pregunta: Solicitamos atentamente a la Convocante nos permita ofertar dicha partida con la marca CTR cumpliendo con las características requeridas por la Convocante ¿Se acepta?

**Respuesta:** No se acepta. Apegarse a lo estipulado en bases.

**Pregunta 10.-**

Partida 26 solicitan Hyclin Plus neutro

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante excluir el ISO 9000-2001, 9001:2015, 13485:2016 ya que es un consumible para limpieza y no un reactivo ¿Se acepta?


**Respuesta:** No se acepta. Apegarse a lo estipulado en bases.

*[Handwritten signature]*

1



*[Handwritten signatures]*



**Pregunta 11.-**

Partida 4

RNASE AWAY. solución lista para su uso para eliminar la contaminación por ARNASE del instrumental de laboratorio presentación frasco con 250 ml.

Pregunta: Solicitamos atentamente a la Convocante nos permita ofertar dicha partida en presentación de 475 ml, cumpliendo con las características y cantidad de 950 ml con dos unidades ¿se acepta?

**Respuesta:** Se acepta, siempre y cuando el participante adjudicado oferte 3 presentaciones de 475 ml. Esto sin ser limitante para otros participantes.

**Pregunta 12.-**

Partida 5

Solicitan solución de limpieza de electrodos de PH, para limpieza general  
Unidad de medida kit de 4 soluciones de 15ml.

Pregunta: ¿Comunicamos a la Convocante que el catálogo solicitado corresponde a la presentación de 4 frascos de 30 ml de solución cada uno, podría validarnos la Convocante el surtimiento de esta partida en la presentación de 30ml?

**Respuesta:** Se acepta la presentación sugerida por el participante, sin ser limitante para otros participantes.

**Pregunta 13.-**

Partida 2

Solicitan Enzima AG-PATH-ID ONE STEP RT-PCR kit en unidad de medida kit con 1000 reacciones; Pero en las características técnicas solicitan kit para 100 reacciones, concentración 25X mezcla.

Pregunta: Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si la presentación que requiere es de 100 reacciones o de 1000.

**Respuesta:** Apegarse a la modificación 1 de las bases.

**Pregunta 14.-**

Solicitan: en el numeral 8.2.22 que refiere toda la información técnica que indique las especificaciones y características técnicas detalladas de los reactivos y equipos en comodato solicita que se deberá presentar certificados de buenas prácticas de manufactura y el ISO 9000 2001 o certificados de calidad para equipos importados.

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante que se presenten certificados ISO 9001:2015 para equipos y/o ISO 13485:2015 tanto para Equipos e insumos ¿Se acepta?

Respuesta: Apegarse a lo estipulado en el numeral 8.2.22 de las bases.

**Pregunta 15.-**

Solicitan: en el numeral 8.2.22 Solicitamos atentamente a la Convocante nos aclare si el certificado de Buenas prácticas e ISO 9001-2001 y certificado de calidad para equipos importados solo lo requiere la Convocante para los equipos en comodato, o en su defecto si lo requiere para los reactivos nos permita entregar el ISO 13485 y/o ISO 9001-2015 ya que las certificaciones solicitadas corresponden solo a equipos.

Respuesta: Apegarse a lo estipulado en el numeral 8.2.22 de las bases.

**Pregunta 16.-**

Solicitan: en el numeral 8.2.22 que refiere toda la información técnica que indique las especificaciones y características técnicas detalladas de los reactivos y equipos en comodato que se deberán presentar debidamente referenciados copia simple y legible y completo sin tachaduras enmendaduras ni raspaduras anverso y reverso del registro sanitario vigente de acuerdo con el artículo 376 de la Ley General de Salud o modificación de las condiciones de registro o comprobante del trámite de solicitud de prórroga del registro sanitario o bien oficio de acuerdo emitido por la COFEPRIS en el que se establezca que los equipos o insumos no requieren registro sanitario.

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante, la posibilidad de presentar como documento que establezca que equipos no requieren registro sanitario citando el numeral del Diario Oficial de la Federación de fecha Lunes 22 de diciembre del 2014 acerca del acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario. ¿Se acepta?

Respuesta: Apegarse a lo estipulado en bases.

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



**Pregunta 17.-**

Solicitan: Anexo Técnico 2024, Ficha Técnica Agitador de balance, Características Técnicas, Agitador de balanceo para charolas empleadas en la determinación de IgG e IgM de Western Blot. Velocidad de 2 a 80 rpm y ángulo de balanceo ajustable de cero a 20°.

Pregunta: solicitamos amablemente al convocante que se acepte un agitador de balanceo para charolas empleadas en la determinación de IgG e IgM de Western Blot con una velocidad regulable de 40 a 80 rpm ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta. Sin ser limitante para los otros participantes.

**Pregunta 18.-**

Solicitan: Anexo Técnico 2024, Ficha Técnica Agitador de balance, Características Técnicas, Agitador de balanceo para charolas empleadas en la determinación de IgG e IgM de Western Blot con una bandeja de 40.5 x 30 cm de área.

Pregunta: solicitamos amablemente al convocante que se acepte un agitador de balanceo para charolas empleadas en la determinación de IgG e IgM de Western Blot con una bandeja de 37 x 33.5 cm de área ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los otros participantes.

**Pregunta 19.-**

Solicitan: Anexo Técnico 2024, Ficha Técnica. Lector de microplaca de Elis, Características. Técnicas. Almacenamiento de más de 20 000 resultados. Filtros de absorbancia de 415, 450, 490, 595, 655 y 700 nm.

Pregunta: solicitamos amablemente al convocante que se pueda ofertar un lector de microplacas con filtros de absorbancias de 405, 450, 492 y 640 nm, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta. Apegarse a lo estipulado en bases.

**Pregunta 20.-**

Solicitan: Anexo Técnico 2024, Ficha Técnica. Refrigerador para laboratorio de 19 pies en acero inoxidable, Características técnicas. Alarmas audibles y visuales con batería de respaldo auto recargable para 48 horas.





Pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos acepte ofertar un refrigerador con batería de respaldo de 20 horas, ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta. Apegarse a lo estipulado en bases.

SE CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS ANTES MENCIONADAS NO SON LIMITATIVAS PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. -----

SE **REITERA** A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, **ACUSE (CON SELLO ORIGINAL)** DEL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, NO SE GENERA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EL CUAL EL LICITANTE DEBE PRESENTAR AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, **PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**. EN CASO DE QUE SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, **ANEXO N° 8**, SOLICITADO EN EL **NUMERAL 8.2.13.**, DE LAS BASES DE LICITACIÓN. -----

**5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE AL CIERRE DEL ACTA.** -----

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA, LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTE ACTO SON OBLIGATORIOS PARA TODOS Y CON EL **PUNTO 19.1** DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, DERIVADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE DE AQUELLAS. -----

PUBLÍQUESE LA PRESENTE ACTA EN EL PORTAL DE LA CONVOCANTE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA **<https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2024/>** A EFECTO DE PONERLO A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO, PUDIENDO OBTENER COPIA DE LA MISMA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO. -----

FINALMENTE SE INFORMA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **02 DE AGOSTO DE 2024, A LAS 12:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. -----

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



DEPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE CONSULTÓ CON LOS LICITANTES PRESENTES SI LAS RESPUESTAS A SUS CUESTIONAMIENTOS FUERON OTORGADAS CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE Y MANIFESTARON NO TENER MÁS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS QUE HACER A LA CONVOCANTE, ASÍ COMO NINGUNA OBJECCIÓN RESPECTO A ESTE ACTO, DÁNDOSE POR NOTIFICADOS EN EL MISMO, POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **15:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA. -----

**POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

**LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

**M.F. VERONICA RAMÓN CORTINA**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCES**  
DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE  
SALUD PÚBLICA

**LIC. ANAÍS ANDRADE HERMIDA**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL  
DE RECURSOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE  
SALUD PÚBLICA

**M.A.P. GUADALUPE COLORADO OSORIO**  
COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO  
DE ADQUISICIONES

**LIC. ELSA MARÍA VILLARAUX CERVÓN**  
REPRESENTANTE DE LA  
DIRECCIÓN JURÍDICA

2024- 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>MSI. KARLO POMMIER GRANILLO</b>	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GENELIFE, S.A. DE C.V.	BERNARDO HERNÁNDEZ DEGOLLADO	
BRENDA LIZETH RIVERA JAIMES	GILDARDO MARTÍNEZ RAMIREZ	

**ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-103T00000-024-2024, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL PROCESO ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS ESTATALES DE CONTROL DE VECTORES, VIH SIDA E ITS, TUBERCULOSIS, CHAGAS, RUBEOLA, SARAMPIÓN Y ROTAVIRUS".**

